

Príloha č. 11 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

Požiadavky a parametre na meradlá a prístroje používané pri montážach plynových zariadení

p. č.	Meradlo (prístroj)	Veličina meraná (získovaná) meradlom (prístrojom)	Meracia jednotka	§ 91		Najmenší merací rozsah	Najväčšia hodnota dielika	Najväčšia dovolená chyba	Spôsob metrologického zabezpečenia	Lehoty overenia a kalibrácie
				od s. 2	od s. 3					
1	meradlo na meranie objemovej koncentrácie plynov vo výfukových plynoch	CO	%	e)	f)	podľa osobitného predpisu ¹⁾			podľa osobitného predpisu ¹⁾	1 rok ²⁾
		CO ₂	%	e)	f)	podľa osobitného predpisu ¹⁾			podľa osobitného predpisu ¹⁾	1 rok ²⁾
		HC	ppm	e)	f)	podľa osobitného predpisu ¹⁾			podľa osobitného predpisu ¹⁾	1 rok ²⁾
		O ₂	%	e)	f)	podľa osobitného predpisu ¹⁾			podľa osobitného predpisu ¹⁾	1 rok ²⁾
2	detektor úniku plynu pre CNG	koncentrácia prítomnosti CH ₄	%	-	d)	-	-	-20 % +10 % prenosný DUP max. 30 % pri teplote < 0 °C	kontrola	1 rok

3	detektor úniku plynu pre LPG	koncentrácia prítomnosti C ₃ H ₈	%	c)	-	-	-	-20 % +10 % prenosný DUP max. 30 % pri teplote < 0 °C	kontrola	1 rok
4	meradlo parametrov nastavenia svetlometov	-	-	-	c)	(0 až -40) cm/10 m	-	±2 cm/ 10 m	kalibrácia	1 rok

1) Príloha č. 23 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov .

Príloha MI-010 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.

2) Ak pri schválení typu meradla alebo pri certifikácii typu meradla nebol určený iný čas platnosti overenia.